

DOZİMETRE HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A.KONU

1. Bu şartname Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine alınacak olan Dozimetre hizmetini sağlayacak olan yüklenici firmanın genel özelliklerini, sorumlulukları ve ilgili diğer hususları içerir.

B.UYGUNLUK VE BELGELENDİRME

Bu bölümde ihaleye katılacak olan yüklenici dozimetre firmaları teklif edecekleri Dozimetri Hizmetine yönelik sahip olması gereken belgeler ve uygunluk tanımlanmaktadır. Firmalar teklif ettikleri hizmette, bu bölümde bulunan tüm özelliklerin var olduğunu dökümanlar ile belgelemek zorundadır. Belgelemeden uygunluk belirten teklifler dikkate alınmayacaktır. Başvuru sırasında beyan edilmeyen belgeler değersiz kabul edilecektir.

1. Dozimetri hizmeti vermeye istekli firmalar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından şekillendirilmiş kuruluş olarak yetki belgesine sahip olmalı ve Dozimetri Hizmeti verdiği süre boyunca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun yayınlamış olduğu **Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşlara İlişkin Usul Ve Esaslar** 'da belirtilen hükümleri yerine getirmelidir.

2. Dozimetri Hizmeti kapsamında kullanılacak dozimetreler, pasif dozimetre olup termolüminesans veya optik lüminesans özelliği gösteren kristallerden oluşmuş olmalıdır. Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi gibi birimlerde teknik yeterliliğe sahip olmalıdır. Firmalar teklif edecekleri dozimetrelerin yapısını ve teknik özelliklerini tekliflerinde ayrıca belirteceklerdir.

3. Yüklenici Firma dozimetri hizmeti kapsamında hangi radyasyon türlerini (x. gama, beta vb.) ölçebildiklerini doz ölçüm aralıklarını ve tüm cihazların loton enerji aralıklarını kapsayacak şekilde ölçüp raporlamaya yetkili olduğunu TAEK yetki ve TÜRKAK Akreditasyon belgelerinde gösterebilmeli ve beyan etmelidir.

4. Yüklenici firma tarafından dozimetreler ile yapılan doz değerlendirmeleri IEC-62387-1 standardına göre geçerliliği doğrulanmış değerlendirme metodlarına göre yapılmalıdır.

5. Yüklenici firma TS EN ISO/TEC 17025: 2010 belgesine ve bu kapsamda TÜRKAK Akreditasyonunu almış olması gerekmektedir.

C.SORUMLULUKLAR

Bu bölüde dozimetri hizmeti verecek yüklenici firmaya ait sorumluluklar tanımlanmaktadır.

1. Dozimetri hizmeti 2 (iki) aylık sürelerde, bir senede 6(altı) periyotta verilecektir.

2. Kullanılacak dozimetrelerin teknik özellikleri ile doğru kullanıma ilişkin talimatları hazırlanacak ve ilk kullanımdan önce kullanıcılar bilgilendirilecektir.

3. Dozimetreler kapalı zarf veya kutu içerisinde "Dozimetre Dağıtım Listesi" ve resmi ön yazı ile birlikte yüklenici firmanın anlaşma yaptığı kargo firması aracılığıyla gönderilecektir.

4. Eski periyoda ait dozimetreler, yeni periyoda ait dozimetreler ile değişimi yapıldıktan sonra değerlendirmek üzere yüklenici firma anlaşma yaptıkları kargo firması aracılığıyla teslim edilecektir. Teslim etme süresi yeni periyot dozimetrelerin teslim tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde olacaktır.

5. Dozimetrelerin kargo ile gönderilmesi ve kargo ile aldirılması sırasında oluşacak kargo masraflar dozimetri hizmetini sağlayacak olan firmaya aittir.

6. Yüklenici firma eski peridot dozimetreler tarafına ulaştıktan bir hafta içerisinde analiz sonuçlarını bildirecektir. Bildirim süresinde ikinci uyarıdan sonra gecikmelerde ilgili döneme ait ödeme yapılmaz.

7. Dozimetre taşıyıcıları üzerinde kullanıcının ad-soyad bilgileri, dozimetre numarası, ile dozimetrenin ait olduğu periyod, kurum adı ve kurum kodu belirtilecektir.

8. Doz raporları kullanıcılara elektronik posta (e-posta) yoluyla bildirileceği gibi kullanıcılar istediklerinde kendilerine verilen kullanıcı girişi bilgileri ile elektronik ortamdan da takip edebileceklerdir.

9. Doz raporlarında analiz sonuçları her bir çalışan için, yaka dozimetresinde; tüm vücut dozu Hp(10) ve deri dozu HP (0.07), bilek dozimetre analiz sonuçlarında ise sadece deri dozu Hp (0.07) şeklinde periyot, çeyrek dönem ve yıllık dozları ayrı ayrı verilecektir. Doz raporlarındaki doz değerleri sayısal olarak belirtilecek ve ayrıca doz raporunda Dozimetre Hizmeti verecek kuruluşlara ilişkin Usul ve Esaslar, Madde 9 da belirtilen bilgiler de bulunacak. Doz analiz sonuçları kullanıcı adına göre alfabetik sıralanmış olarak aşağıdaki bilgileri de içerecektir.

- a. Doz raporunun ait olduğu kuruluş kodu, kuruluş adı ve birim adı,
- b. Doz raporunun ait olduğu dönem ve doz raporlama tarihi, rapor numarası,
- c. Kullanıcı personel adı, soyadı ve görevi bilgileri ile dozimetre numaraları.
- d. Okunan dozimetrelerin ait olduğu kullanım dönemi ve okunma tarihi,
- e. Çift dozimetre kullanan personel için doz analiz sonuçları ayrı ayrı verilecektir.

10. Yüklenici firma, eski periyot dozimetrelerin değerlendirme işlemi gerçekleştirdikten sonra analiz sonuçlarının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun "Merkezi Doz Kayıt Sistemine" dozimetre hizmeti verecek kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar madde 10'da belirtildiği şekilde kaydedilmesi sağlamalıdır.

11. Yüklenici firma, inceleme düzeyi dozu üzerinde gelen doz sonuçları için (yaka dozimetre analiz sonucu aylık 2 mSv, bilek dozimetre analiz sonucu aylık 50 mSv değerini geçen sonuçlar) yüksek doz bildiriminde bulunulması ve kayıt altına alınması hususunda dozimetre hizmeti verecek kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar, madde 8'deki işlemleri yerine getirmelidir. Ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda bu analizleri yeniden yapılacaktır.

12. Yüklenici firma kaza durumlarında veya beklenenin üzerinde radyasyona maruz kalındığının bildirildiği durumlarda dozimetre değerlendirmelerini (kargoyla ulaşım süresi hariç) aynı gün içerisinde yapacak ve doz analiz sonucunu yine aynı gün geri bildirecektir.

13. Her birimde dozimetrelerden sorumlu olan kişi kullanımda olan dozimetrelerle ilgili pasifleştirme, devir, kayıp ve sonlandırma işlemlerinin yanı sıra, yeni dozimetre talep işlemlerini de elektronik ortamda firma tarafından kendisine verilen kullanıcı ad ve şifreyi kullanarak yapabilecektir.

14. Değerlendirme periyodunu izleyen 30 gün içerisinde geriye dönük olarak yeniden yapılması istenen dozimetre analizleri için ek bir ücret talep edilmeyecektir.

15. Yüklenici şartnameye konu olan işlerin yapılmasında yetersiz kalması bu işleri yapmakta imtina etmesi, hastane hizmetlerinin aksamasına sebebiyet vermesi ya da teknik şartnamenin herhangi bir maddesinin gereğini yerine getirmemesi durumunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ilgili sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.

16. Yüklenici bu şartname ile ilgili doğacak tüm uyuşmazlıklar karşılıklı müzakereler yolu ile halledilmeye çalışılacak, halledilmeyen bütün uyuşmazlıkların çözümünde, Manisa Mahkemeleri ve İcra Dairesi yetkili olacaktır.

Doç. Dr. Okay İÇER
Başhekim Yard.