

## ARTER - VEN FİSTÜL İĞNESİ SATINALMA ŞARTNAMESİ

- 1-Tek kullanımlık olmalı, fistül iğnelerinde batmaları önlemek için koruyucu olmalı
- 2- İğne çapları 1.6 mm (16 G) olmalı,
- 3-Talep halinde yukarıdaki sınırlarda olmak üzere farklı numaralarda fistül iğnesi temin edilecektir
- 4- Her iki sette iğne bitimi sabitleme ve pozisyon kelebeği olmalı,
- 5- Her iki sette tırnak ayarlı klemp ve pasolu kapak olmalı,
- 6- İğne boyları 2-3 cm, toplam set boyu 20-30 cm olmalı,iğneler 360 derece dönebimeli. İğneler delikli olmalı.
- 7- Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış olup, yeteri kadar esnek olmalı,
- 8- İğne uçları uygun plastik muhafazayla korunmalı,
- 9- Tüm Üniversal Arter/Ven setlerine uyumlu olmalı,
- 10- Steril olmalı, sterilizasyon ömrü en az iki yıl olmalı.
- 11-Üretim tarihi ve teknik özellikleri ambalaj üzerinde görünmelidir.
- 12- Satıcı firma iğnelerin teknik özelliklerini bir broşürle birlikte denemek amacıyla bir miktar örneği kullanıcı servise 10 gün önceden bir tutanakla teslim etmelidir,
- 13- Üretim hatası bulunan ve kullanılması mümkün olmayan arter-ven fistül iğnelerinin (bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ) değiştirilmesi satıcı firma tarafından taahhütname ile garanti edilmelidir.
- 14.Malzemelerin fiyat teklifinde Sağlık Uygulama Tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur
15. Teklif edilecek UTS'ne kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifinde sunulması gerekmektedir.
- 16.Malzeme yokluğunda hayati risk oluşmaktadır

Prof.Dr. Seyhan KURŞAT  
CBÜ. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD  
Nefroloji BD  
Dip.Tes. No: 36583

ARTER - VEN FİSTÜL İĞNESİ SATINALMA ŞARTNAMESİ

- 1- Tek kullanımlık olmalı,Fistül iğnelerinde batmaları önlemek için koruyucu olmalı.
- 2- İğne çapları 1.5 mm (17G) olmalı,
- 3- Her iki sette iğne bitimi sabitleme ve pozisyon kelebeği olmalı,
- 4- Her iki saatte tırnak ayarlı klemp ve pasolu kapak olmalı,
- 5- İğne boyları 2-3 cm, toplam set boyu 20-30 cm olmalı, iğneler 360 derece dönebilmeli,
- 6- Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış olup, yeteri kadar esnek olmalı,
- 7- İğne uçları uygun plastik muhafazayla korunmalı,
- 8- Tüm Üniversal Arter/Ven setlerine uyumlu olmalı,
- 9- Steril olmalı, sterilizasyon ömrü en az üç yıl olmalı.
- 10-Üretim tarihi ve teknik özellikleri ambalaj üzerinde görünmelidir.
- 11- Satıcı firma iğnelerin teknik özelliklerini bir broşürle birlikte denemek amacıyla bir miktar örneği kullanıcı servise 10 gün önceden bir tutanakla teslim etmelidir,
- 12- Üretim hatası bulunan ve kullanılması mümkün olmayan arter-ven fistül iğnelerinin ( bildirim yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ) değiştirilmesi satıcı firma tarafından taahhütname ile garanti edilmelidir.
- 13- İhale tarihinden 10 (on) gün önce , ihaleye katılacak firmalar , ihale edilecek arter-ven fistül iğnelerinin bir miktar örneğini ve ürün kataloglarını , incelemek amacıyla , hemodiyaliz ünitesi sorumlu uzmanına ve sorumlu hemşiresine , bir tutanakla teslim edeceklerdir. Bu incelemelerde , ürünlerle ilişkili , şartnameye uymayan özellikler saptanırsa bu , ilgili firmaya yazılı şekilde bildirilecektir. İlgili ürünle ilişkili olarak şartname ile uyumlu değişiklikler yapılmazsa , ihale sırasında , ilgili ürünle ilişkili tasarruf hakkı ihale komisyonunca saklı tutulacaktır.
- 14.Malzemelerin fiyat teklifinde Sağlık Uygulama Tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur
15. Teklif edilecek UTS'ne kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifinde sunulması gerekmektedir.
- 16.Malzeme yokluğunda hayati risk oluşmaktadır.

Prof.Dr. Seyhan KURŞAT  
CBÜ. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD  
Nefroloji BD  
Dıp.Tes. No: 36583

KU.FR.05

18.06.2018

Revizyon No

Revizyon tarihi

1/1

**HEMODİYALİZ**

S N .	Malzemenin Adı	Mikta rı	Ölçü Birim i	İstegın yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu				(Varsa) En Son Alım		
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1.	16 G Arter Fistül iğnesi	600	Adet	5 (ay)	İhtiyaç					..... / ..... / 201..		
2.	16 G Ven Fistül iğnesi	600	Adet	5 (ay)	İhtiyaç					..... / ..... / 201..		
3.	17 G Arter Fistül iğnesi	200	Adet	5 (ay)	İhtiyaç					..... / ..... / 201..		
4.	17 G Ven Fistül iğnesi	200	Adet	5 (ay)	İhtiyaç					..... / ..... / 201..		
				..... (ay)						..... / ..... / 201..		
				..... (ay)						..... / ..... / 201..		
				..... (ay)						..... / ..... / 201..		

Prof.Dr. Seyhan KURŞAT  
CBÜ. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD  
Nefroloji BD  
Dip.Tes. No: 36583

.....  
\* İstemir - Pazıcan - Ad. Sayad