

TORASİK KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Toraks drenajı için kullanılacak kataterler 20,24,28, 32 ve 36 French çaplı olmalıdır.
3. Kataterlerin üzerinde radyopak işaret çizgisi bulunmalıdır.
4. Dren üzerinde drenajı sağlamak üzere en az 5 delik olmalıdır.
5. Kataterlerin distal uçları 3/8x3/8 konnektörlere adapte edilebilecek çapta olmalıdır.
6. Kateter üzerinde cm ölçüm skalası bulunmalıdır.
7. Çift ambalajlı olmalıdır.
8. GAMA ışını ve/veya Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
9. Malzemenin üzerinde ürüne ait bilgiler,sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi belirtilmelidir.
10. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3±1 yıl miadlı olmalıdır.
11. Teklif edilecek ürünlerin sağlık bakanlığı onaylı UBB kaydı olmalıdır.
12. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
13. Teklif veren firma, teklif ettiği malzemelerin UBB ve UTS belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.
KV 1088

PROF.DR. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ADB Başkanı