

## ELEKTRİKLİ YÜKSEK DEVİRLİ METAL KESİCİ UÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek metal kesici uçlar hastanemizde bulunan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli metal kesici ucun üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli metal kesici ucun steril ambalajında, ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Metal kesici uç aşağıdaki ebatda olmalı, kaç adet isteneceğine idare karar verecektir;  
Metal keçici ataçmanla uyumlu 25,4 mm çapında silindirik metal kesici uç
5. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır.
6. Teklif edilen ürün, ÜTS kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

Prof. Dr. Serkan ERKAN  
C.B.S. Orç. ve İnceleme AD  
Dip. No: 5873294597