

FRESENIUS PARA TEKNİK ŐARTNAMESİ

1-BASIN AYAR VANASI

- .Fresenius 4008s cihazlarla uyumlu olmalıdır.
- . Soket yapısı uyumlu olmalıdır.
- .Orjinal ambalajında olmalıdır.
- .Montaj tarihinden itibaren 1 yıl garantili olmalıdır.

2-KAN KAAĐI DEDEKTÖRÜ

- .Fresenius 4008s cihazlarla uyumlu olmalıdır.
- .Orjinal ambalajında olmalıdır.
- .Soket yapısı uyumlu olmalıdır.
- .Montaj tarihinden itibaren 1 yıl garantili olmalıdır.

3-ENDOTOKSİN TUTUCU FİLTRE

- .Fresenius marka hemodiyaliz cihazına uyumlu olmalıdır.
- .Endotoksin tutucu özelliĐine sahip olmalıdır.
- .Üretim tarihi ve etiketi olmalıdır.
- .Orjinal ambalajında olmalıdır.
- .85*C derece sıcaklıĐa kadar dayanıklı olmalıdır.

4-2 YÖNLÜ 41 VALF

- .Fresenius marka hemodiyaliz cihazına uyumlu olmalıdır.
- .Orjinal ambalajında olmalıdır.
- .1 yıl garanti sürecinde olmalıdır.

.Doc.Dr. Aysin TORAMAN
CBÜ. Tıp Fak. Hastahaneleri AD
Nefroloji BD
Dip.Tes. No: 93482