LOMBER PONKSİYON KANÜLÜ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. Ponksiyon travmasını minimale indiren, özel quinke bileyli olmalıdır.
2. BOS'un kısa sürede eldesi sağlanmalıdır. BOS'un geri akışının hızlı ve kolay görülebilmesi için iğne tutma yerinde şeffaf prizma benzeri bir bölüm olmalıdır.
3. Spinal kanül giriş sırasında eğilip bükülmeyecek derecede stabil bir yapıya sahip olmalıdır. Bu özelliği sayesinde hastaya ağrı vermeden başarılı ve güvenli ponksiyon yapabilme imkanı sunmalıdır.
4. Kanülün emniyetle ilerletilmesini sağlayan rahat kavrama aparatı bulunmalıdır.
5. Ponksiyon kontrolü için şeffaf kilit bağlantılı olmalıdır.
6. Renk kodlu mandrenli olmalı ve mandren kanüle tam oturmalıdır.
7. Değişik çap ve uzunluk seçenekleri olmalıdır:

Çap	Uzunluk
18 G,	75, 88 mm,
19 G,	40, 88 mm,
20 G,	75, 88 mm,
22 G,	40, 75, 88, 120 mm,
25 G,	75, 88, 120 mm,
26 G,	88, 120 mm,
27 G,	88, 120 mm,
29 G,	88 mm, (35 mm kılavuz ile birlikte aynı ambalajda),
29 G	120 mm.

8. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
8. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
9. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
10. Uluslarası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.