

## İLAÇ SALINIMLI KORONER STENT TEKNİK ÖZELLİKLERİ (KR1151)

1. Stent materyali L605 kobalt krom olmalıdır.
2. Stentin kaplanmış olduğu ilaç Everolimus olmalıdır.
3. Stentin polimeri eriyebilir ve biocompatible olmalıdır.
4. Stentin polimer yapısı PLLA+PLGA olmalıdır.
5. Stentin ilaç yükü en fazla  $1.25 \mu\text{g}/\text{mm}^2$  olmalıdır.
6. Stentin ilaç ve polimer kaplaması 2 mikro milim'den kalın olmamalıdır.
7. Stent alaşımında olan Nikel oranı %10'u geçmemelidir.
8. Stentin proksimal ve distalindeki ilk hücreler kapalı, diğer hücreler ise açık hibrid hücre dizaynına sahip olmalıdır.
9. Stent üstün flexibilitè, crossabilitè, pushabilitè ve trackabilitè özelliğine sahip olmalıdır.
10. Stent strut kalınlığı tüm çap ve uzunluklar için en fazla 50  $\mu\text{m}$  olmalıdır.
11. Stent taşıma sisteminin distali; üstün kalite ve fiziksel özellikler sağlayan biyoyumlu hidrofilik kaplama ile kaplanmış olmalıdır.
12. Stent taşıma sistemi Rapid Exchange olmalıdır.
13. Stent yüzeyi electro-polishing tekniği ile pürüzsüz hale getirilmiş olmalıdır.
14. Stent sisteminin geçiş profili 3,0 mm stentler için 0,039" olmalıdır.
15. Stentin giriş profili 0,016" olmalıdır.
16. Stentin boydan kısalma oranı %0,29'dan çok olmamalıdır.
17. Stent recoil oranı %3'den az olmalıdır.
18. Stent nominal çapına 9 atm'de ulaşmalı, ölçülmüş patlama basıncı max. 16 atm olmalıdır.
19. Stent taşıma sistemi proksimal şaftı 1.98F, distal şaftı 2.7F olmalıdır.
20. Stent taşıma sistemi üzerinde 2 adet platinum/iridium radyopak marker bulunmalıdır.
21. Stent taşıma sistemi uzunluğu en az 140 cm. olmalıdır.
22. Stent taşıma sistemi 5F/0,056" (1,42mm) guiding kateter ile rahatlıkla kullanılabilir.
23. Stent taşıma sistemi 0,014" kılavuz tel ile kullanılabilir.
24. Teklif edilen ilaç kaplı stent markasının ayrıca tapered seçeneğinin olması tercih sebebidir.
25. Stent çapları 2,00mm – 2,25mm – 2,50mm – 2,75mm – 3,00mm – 3,50mm – 4,00mm ve 4,50mm olmalıdır.
26. Stent uzunlukları 3mm – 13mm – 16mm – 19mm – 24mm – 29mm – 32mm – 37mm – 40mm – 44mm ve 48mm olmalıdır.

Prof. Dr. Özgür BAYTÜRKAN  
55635 / 94256  
CIBU KARDİYOLOJİ AD