

# BUHAR OTOKLAVI PAS SÖKÜCÜ SOLÜSYON BİYOÇÖZÜNÜR (PASLANMAZ YÜZEYLER İÇİN TEMİZLEYİCİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Sıvı veya köpük formda olmalıdır.
2. Islanmasında sakınca olmayan paslanmaz çelik ekipmanların temizliğini etkin olarak yapmalı. Pas ve kireçlere karşı etkili olmalıdır. Üretici firmanın ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır bu belge ihale dosyasına konmalıdır.
3. Ürün kimyasal içeriğinde Fosforik asit (CAS Nr.:7664-38-2) < 5%, Noniyonik yüzey aktif maddeler < 5% olmalıdır.
4. Aldehit, fenol, klor, Edta gibi maddeleri içermemelidir. . Üretici Firma ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi kalite belgesine sahip olmalıdır. Bu belge ihale dosyasına konmalıdır.
5. Otoklav içi , cerrahi alet yıkama makinesi, tedavi arabası, ultrasonik yıkama cihazları vb. alanlarda kullanılabilir. Uygulandığı yüzeylerde korozyona sebep olmamalıdır. Polietilen, 304 ve 316 paslanmaz çelikten imal edilmiş malzemelere zarar vermediği, korozyon oluşturmadığı akredite bir kuruluş tarafından yapılmış test ile ispatlanmalıdır. İlgili rapor ihale dosyasına konmalıdır.
6. Ürün biyoçözünür özellikte olmalıdır. Biyoçözünür olduğu akredite bir kuruluş tarafından yapılmış test ile ispatlanmalıdır. Biyoçözünürlük raporu ihale dosyasına konmalıdır.
7. Uygulanan yüzeyden kötü kokuları yok etmelidir.
8. Ürün porselen, cam ve seramiklerden metal izlerini çıkarmalıdır. Uygulandığı yüzeylerde korozyona sebep olmamalıdır. 304 ve 316 paslanmaz çelikten imal edilmiş malzemelere zarar vermediği, akredite bir kuruluş tarafından yapılmış test raporu ile ispatlanmalıdır. İlgili rapor ihale dosyasına konmalıdır.
9. Ürün uygulandığı yüzeylerin parlak görünmesini sağlamalıdır. Yüzeylere zarar vermeden pas, kireç, yağ ve kirden arındırmalıdır. Üretici firma ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi kalite belgesine sahip olmalıdır. Bu belge ihale dosyasına konmalıdır.
10. Kolay durulanabilmelidir.
11. Ürün en az 3 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.
12. Ürün minimum 500 ml, maksimum 700 ml lik orijinal ambalajında olmalı, her 4 adet ürün ile beraber 1 adet ürüne özel köpük başlık ücretsiz olarak temin edilmelidir.
13. Üretici firmaya ait ISO 13485 kalite belgesi, GMP sertifikası bulunmalıdır bu belgeler ihale dosyasına konulmalıdır.
14. 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan Güvenlik Veri Fişi (MSDS) ürün dosyasına eklenmelidir.
15. Ürün değerlendirmesi için numune verilmelidir. Numune komisyon tarafından değerlendirilecek ve uygunluk verilecektir. Numune vermeyen ve ürünü uygun bulunmayan firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır.

MSÜ Sorumlu Hem  
Sevcan Çankaya

