

Echinococcus IgG ELISA Test Kiti Teknik Şartnamesi

1. Kit, CE belgeli olmalıdır.
2. Kit, MikroElisa (enzim immunoassay) tekniğiyle insan serumunda *Echinococcus* IgG antikorlarını saptamaya uygun olmalıdır.
3. Kit içinde 96 kuyucuk bulunmalı ve kuyucuklar tek tek kırılıp ayrılabilmelidir.
4. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir.
5. Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, kalibratörler vs.) kitin içinde bulunmalı ve pozitif, negatif kontrolleri içermelidir.
6. İnkübasyon oda sıcaklığında olmalı ve testin toplam inkübasyon süresi 150 dakikayı geçmemelidir.
7. Miyadı dolana dek, kaç kez kullanılırsa kullanılsın, kalibratörlerin ve kontrollerin değerleri güvenlik sınırlarında bulunmalıdır. Aksi halde kit yenisi ile değiştirilmelidir.
8. Spektrofotometrik olarak tek dalga boyunda (450 nm) okunabilmelidir.
9. ELISA plaklarının okunması için ELX 800 mikroplak okuyucu ile uyumlu program da kurulup eğitimi verilmelidir.
10. Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Semra KURUTEPE
Kocaeli Mikrobiyoloji ve Parazitoloji A.D.

Prof. Dr. Ali A. KILIMCI
G.B.D. Tıp Fak. Parazitoloji A.D.
Dip. No: 2087

Toxocara IgG ELISA Test Kiti Teknik Şartnamesi


1. Kit, CE belgeli olmalıdır.
2. Kit, MikroElisa (enzim immunoassay) tekniğiyle insan serumunda *Toxocara* IgG antikorlarını saptamaya uygun olmalıdır.
3. Kit içinde 96 kuyucuk bulunmalı ve kuyucuklar tek tek kırılıp ayrılabilmelidir.
4. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir.
5. Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, kalibratörler vs.) kitin içinde bulunmalı ve pozitif, negatif kontrolleri içermelidir.
6. İnkübasyon oda sıcaklığında olmalı ve testin toplam inkübasyon süresi 150 dakikayı geçmemelidir.
7. Miyadı dolana dek, kaç kez kullanılırsa kullanılsın, kalibratörlerin ve kontrollerin değerleri güvenlik sınır aralığında bulunmalıdır. Aksi halde kit yenisi ile değiştirilmelidir.
8. Spektrofotometrik olarak tek dalga boyunda (450 nm) okunabilmelidir.
9. ELISA plaklarının okunması için ELX 800 mikroplak okuyucu ile uyumlu program da kurulup eğitimi verilmelidir.
10. Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.


Dr. Sema KURUTEPE
Kıbrıs Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji A.D.
4280

Prof. Dr. Ali A. KILIMCIOLU
G.B.O. Tıp Fak. Parazitoloji A.D.
Tıp No: 2047

TIBBİ PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI
2023 YILI TIBBİ MALZEME İSTEK LİSTESİ

SIRA NO	TEST ADI	MİKTAR	BİRİM
1	<i>Echinococcus</i> IgG ELISA Test Kiti	1920	Test
2	<i>Toxocara</i> IgG ELISA Test Kiti	480	Test


0824
Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji A.D.
Doç. Dr. Semra KURUTEPE
Prof. Dr. Semra KURUTEPE
Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji A.D.
4280


Prof. Dr. Ali A. KILIMCIĞU
G.B.D. Tıp Fak. Parazitoloji A.B.
Tıp. No: 7047