

GENİŞ AÇILI ARGON LAZER FUNDUS LENSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lensin 160 derece statik ve 165 derece dinamik görüş açısına sahip olmalıdır.
2. Lens panretinal fotokoagulasyon uygulamalarında kullanılabilmelidir.
3. Görüntü büyütmesi 0.5x olmalıdır.
4. Lazer spot çapı 2.0x olmalıdır.
5. Lens lazer uygulamaları için özel diyet kaplamaya sahip olmalıdır.
6. Lens özel saklama kabı ile birlikte verilmelidir.

Doç. Dr. Muhammed ALTINIŞIK
MANİSA ÇELİKAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI
Dip. Tes. No: 153808

| MALZEME ADI | MIKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ |
|--------------------------------------|---------|-------------|
| GENİŞ AÇILI ARGON LAZER FUNDUS LENSİ | 2 | ADET |

Doç. Dr. Muhammed ALTINIŞIK
MANİSA ÇALIL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DOĞ HASTALIKLARI
Dip. Tes. No: 153808