

SİLİKON ASPİRATÖR HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %70-80 silikondan üretilmiş olup, 134°C buharlı basınç otoklavında steril edilebilmelidir.
2. İç ve dış yüzeyi pürüzsüz olup, kolay yıkanır ve kir tutmaz özellikte olmalıdır.
3. İç çapı 0,12cm, kalınlığı 0,3cm olmalıdır.
4. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
5. Elastiki niteliği olup, yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Teslim edilecek ürünlerden en az 1,5 metre numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilmelidir

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire

