

ULTRASONİK SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz PCB'lerini temizlemek için, laboratuvarlarda analiz edilen belirli maddeleri parçalamakta, emülsifiye çalışmalarında, hidrolize çalışmalarında, ekstrakte işlemlerinde, gazdan arındırma çalışmalarında kullanılabilir.
2. Cihaz dijital kontrollü olmalıdır. Cihaz üzerinden Sıcaklık, zaman kontrolü sağlanmalıdır.
3. Cihaz Degas fonksiyon tuşu olmalıdır.
4. Cihazda parafin giderme ve yağ giderme işlemlerinde etkili olmalıdır.
5. Cihazın kapasitesi 10 L olmalıdır.
6. Cihaz 40KHz frekans çalışma kapasitesine sahip olmalıdır.
7. Cihaz ısıtmalı olmalıdır ve 0-80 °C'ye kadar ısıtma yapabilmelidir.
8. Cihazın iç ve dış kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır.
9. Cihazın zaman ayarı 1~99 dk arasında yapılabilir.
10. Cihazda otomatik bekleme, uyku ve uyanma fonksiyonu olmalıdır. Ayrıca tek tuş ile cihaz tekrar devreye alınabilir.
11. Cihazda Endüstriyel sınıf entegre devre kullanılmış olmalıdır.
12. Cihazın dış ölçüleri 330x270xh310 mm olmalıdır.
13. Cihazın tank boyutları 300 x 240 x h150 mm olmalıdır.
14. Cihazın çıkış gücü 240 W olmalıdır.
15. Cihazın ısıtıcı gücü 300 W olmalıdır.
16. Cihazda drenaj valfi olmalıdır.
17. Cihazın paslanmaz çelik sepeti ve kapağı ile birlikte teslim edilmelidir.
18. Cihaz 220V/50Hz şehir cıreyanında çalışabilir.
19. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
20. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
21. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
22. Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.