

YETİŞKİN VE PEDIATRİK KRANIOTOM BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılan Aygün marka SCOREN model yüksek devirli cerrahi motor sistemi M16-330 kraniotom ataçmanında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Kraniotom bıçakları yetişkin ve pediatrik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 3.Elceğe rahat takılabilmeli, guide içinde problemsiz kesim yapabilmelidir.
- 4.Paslanmaz çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 5.Çok kullanımlık olmalı ve non-steril şekilde teslim edilmelidir.
6. ÜBB/ÜTS kaydı olmalıdır.

7. Aygün Ref. Kod ADET

M14-344 (YETİŞKİN)

4 ADET

C.B.U. Hastanesi
Prof. Dr. Cüneyt TEMİZ
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.
Dip. No: 9103
Dip. Tesc. No: 47907-62329

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

(BEYİN CERRAHİSİ ANABİLİM DALI)



S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birim i	İstegin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				
						Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı
1	M-14-344 (Yetişkin)	4	Adet	2 (ay)	Depoda yoktur					01/08/2015		
2												
3												
4												
5												
						Prof.Dr.CÜNEYT TEMİZ Prof. Dr. İsmet TOPÇU Başhekim <i>İsmet Topçu</i>						