



T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

Sayı : E-65822896-809.01-637895
Konu : İstek

12.10.2023

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 09.10.2023 tarihli ve 31036440-949-635216 sayılı yazı.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İmmunhistokimya laboratuvarında kullanılmak üzere ekte sunulan malzemelere ihtiyaç bulunmaktadır.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. İsmet TOPÇU
Başhekim

Ek: Paslanmaz krom raf istemi (3 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu :BS4CC7V9H3 Pin Kodu :10252

Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=4049&eD=BS4CC7V9H3&eS=637895>

Adres:Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Sağlık Kampüsü

Telefon:(0236) 4444228 Faks:(0236) 2338040

e-Posta:bashekimlik@cbu.edu.tr Elektronik Ağ:http://hastane.cbu.edu.tr

Keş Adresi:celalbayaruniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Barış Toprak

Unvanı: Memur



Telefon No: 236233 70 68



T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Sayı : E-31036440-949-635216
Konu : Paslanmaz krom raf istemi

09.10.2023

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Anabilim Dalımız immunhistokimya laboratuvarındaki soğuk odada kullanılmak üzere 3 adet paslanmaz krom rafa acilen ihtiyaç vardır. Malzeme istem formu ve teknik şartnamesi ekte sunulan rafların temini için gereğini bilgilerinize sunarım.

Prof. Dr. Mehmet Ali Aydın İŞİSAĞ
Anabilim Dalı Başkanı

Ek:

- 1- çelik raf şartnamesi (1 Sayfa)
- 2- 01-malzeme-istem-formu-krom raf (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu :BSMCZSV8T2 Pin Kodu :73282

Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=4049&eD=BSMCZSV8T2&eS=635216>

Adres:Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Kampüsü Manisa
Telefon:(0 236) 2338586 Faks:(0 236) 2331466
e-Posta:tip@cbu.edu.tr Elektronik Ağ:http://tip.cbu.edu.tr
Kep Adresi:celalbayaruniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Mehmet Ali Aydın İşisağ
Unvanı: Anabilim Dalı Başkanı



PASLANMAZ KROM RAF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. UzunlukxYükseklikxGenişlik= 240x210x50 cm ve UzunlukxYükseklikxGenişlik= 120x150x60 cm olmak üzere iki farklı boyutta olmalıdır.
2. Soğuk oda kullanımına uygun, 304 kalite paslanmaz kromdan mamul olmalıdır.
3. Beş kat rafa sahip olmalı ve raf aralıkları ayarlanabilir olmalıdır.
4. Tabla kalınlığı 0,7 mm'den profil kalınlığı 1,5 mm'den az olmamalıdır.
5. Eşit dağılımda her bir rafın taşıma kapasitesi 50 kg'dan az olmamalıdır.
6. Demonte olarak ve yeteri kadar tabla/profil/civata/plastik tabanla birlikte gönderilmelidir.



Prof Dr M. A. Aydın İşisağ
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

