

SERUM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Non toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalı ve açma kapama klembi ile istenen miktarda mayii verebilmek için tasarlanmış olmalıdır.
2. Serum seti küçük hazneli, büyük hazneli, ışıktan korumalı çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Serum seti iğneli olmalıdır.
4. Setlerin iğne ucunda koruyucu kapak bulunmalıdır.
5. Serumun haznesi küçük haznelilerde 7($\pm$ 2)cc, büyük haznelilerde ise 12($\pm$ 2)cc hacminde olmalıdır.
6. Hava girişli delme ucu bulunmalı ve delme ucu ISO standartlarına uygun olmalıdır.
7. Açma kapama klembi olmalıdır.
8. Açma kapama klembi parmakla kolayca kavranabilen veya makaranın istenen yöne hareketini kolaylaştırabilecek büyüklükte olmalıdır.
9. Serum haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalıdır.
10. Enjeksiyon portu olmalıdır.
11. Hortum uzunluğu en az 150 ($\pm$ 5)cm olmalı ve king yapmamalıdır.
12. Ucu luer veya ajutaj konnektörlü olmalıdır.
13. Hazne tabanında sabit 15 mikronluk mayi filtresi olmalıdır.
14. Delme ucu kısmında hava girişi bulunmalıdır.
15. Işıktan korumalı tiplerde herhangi bir şey sarmaya gerek duyulmadan kullanılabilmelidir.
16. Ürünler steril olmalıdır ve sterilizeyi bozmadan açılacak şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır ve paketler 25 adetlik ambalajlarda ve bir kolide 500 adedi geçmeyecek şekilde sağlık tesislerine teslim edilmelidir.
17. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 3 yıl ($\pm$ 1) olmalıdır.
18. Teklif veren firma denenmek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra ürüne onay verilecektir.
19. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
20. 2 tanesi şahit numune olarak değerlendirilecektir.
21. Ürünün mutlaka UBB ve UTS kaydı olmalıdır. SUT kaydı bulunmalıdır.

Bahar ERDELIKANLI
Sağlık Hizmetleri Müdürü