



OTOMATİK PİPETLER İÇİN SARI RENKLİ PİPET UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastane laboratuvarlarda yapılan serolojik testlerde kullanılmaya uygun polipropilenden yapılmış olmalıdır
2. Hastanemiz Merkezi Laboratuvarı Seroloji Biriminde kullanılan 10-200 µl arasındaki çeşitli marka pipetlerle uyumlu olmalıdır.
3. 100 adet bedelsiz numune veya numuneler temin edilmelidir. Bu numunelerin denenmesinden sonra teknik şartnameye uyumluluk onayı verilecektir.

İhale miktarı: 150.000 (yüz elli bin)


Prof. Dr. Talat ECEMİŞ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip.Tes.No:55319


Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dip.Tes.No: 69173 Usmanlık Tes. No: 65384