

BIÇAKLI TROKAR 5mm – UZUN

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Trokarın dış çapı 5mm, kılıf uzunluğu 100mm olmalıdır.
4. Endoskopik el aletlerinin batına sokulup çıkarılması sırasında, gaz kaçağını önleyen conta sistemi bulunmalıdır.
5. Entegre dış conta 5mm'lik el aletlerine geçiş sağlamalıdır.
6. Trokar bıçağı lineer bir insizyon olarak, minimum doku travması oluşturmalıdır.
7. Hızlı aktive olan koruma mekanizması olmalıdır.
8. Koruma mekanizmasını aktive eden kilitleme düğmesi olmalıdır.
9. Desuflasyon sırasında gazın yan tarafa boşalmasını sağlayan vana sistemi olmalıdır.
10. Kanülün ucu batına girişi kolaylaştıracak şekilde açılı olmalıdır.

ASLI DUMAN
Sorumlu Kimse