


Teknik Şartname

PYP (Pirofosfat)

1. Radyonüklidventrikülografi ve gastrointestinal kanama sintigrafisi için kullanıma uygun olmalıdır.
2. İn-vitro işaretlemeye uygun olmalıdır.
3. Aktif madde miktarı en az 11.9 mg. olmalıdır.
4. Maksimum bağlanma kapasitesi 3.7GBq/ 10 mL olmalıdır.
5. Bağlandıktan sonra stabilitesi en az 4 saat olmalıdır.
6. Pirofosfat içermelidir.
7. İşaretleme yüzdesi \geq %95 olmalıdır.


Prof. Dr. F. GÖL GÜMÜŞER
CBUTF NUKLEER TIP AD
Dip No 198973
Tescil No 50763