

SİLİKON ASPİRATÖR HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %70 – 80 silikondan üretilmiş olup, 134°C buharlı basınç otoklavında steril edilebilmelidir.
2. İç ve dış yüzeyi pürüzsüz olup, kolay yıkanır ve kir tutmaz özellikte olmalıdır.
3. İç çapı 0,8 – 1 cm, total çapı 1,2cm, kalınlığı 0,2 – 0,3cm olmalıdır.
4. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
5. Elastiki niteliği olup, yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
6. 50'şer metre paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
7. Teslim edilecek ürünlerden en az 1,5 metre numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilmelidir.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire