

### Perkütan Nefroskop Kavrama Forseps

Teklif edilecek forseps 24/26 Fr. nefroskopların merkezi kanalından kullanıma uygun olmalı ve aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. Çift çene hareketli yapıda olmalıdır.
2. Tırtıklı çeneli, ring kabzalı yapıya sahip olmalıdır.
3. Büyük taşlar ve taş parçaları için kullanıma uygun olmalıdır.
4. Çapı 10.5 Fr. ve uzunluğu 38 cm olmalıdır.
5. Kırmızı-Siyah renk koduna sahip olmalıdır.
6. Teklif edilen aletler ameliyathanemizde bulunan Karl Storz marka Nefroskop ile uyumlu olmalıdır. Teklif verecek firmalar uyumluluklarını ve özelliklerini orijinal katalog üzerinden belgelendirmelidir.
7. Üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN 58298 ve ISO 7153-1 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmeli ve noter onaylı olmalıdır.
8. Teklif veren firmalar üretici firma tarafından kendilerine verilmiş olan güncel yetki belgesini tekliflerine eklemelidir.
9. Evsaf No: 27290M

### Perkütan Nefroskop Forsepsi

Teklif edilecek forseps 24/26 Fr. nefroskopların merkezi kanalından kullanıma uygun olmalı ve aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. Çift çene hareketli yapıda olmalıdır.
2. Delikli çeneli, ring kabzalı yapıya sahip olmalıdır.
3. Büyük taşlar ve taş parçaları için kullanıma uygun olmalıdır.
4. Çapı 10.5 Fr. ve uzunluğu 38 cm. olmalıdır.
5. Kırmızı-Siyah renk koduna sahip olmalıdır.
6. Teklif edilen aletler ameliyathanemizde bulunan Karl Storz marka Nefroskop ile uyumlu olmalıdır. Teklif verecek firmalar uyumluluklarını ve özelliklerini orijinal katalog üzerinden belgelendirmelidir.
7. Üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN 58298 ve ISO 7153-1 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmeli ve noter onaylı olmalıdır.
8. Teklif veren firmalar üretici firma tarafından kendilerine verilmiş olan güncel yetki belgesini tekliflerine eklemelidir.
9. Evsaf No: 27290K

Prof. Dr. Oktay Uçer





## Perkütan Nefroskop Forsepsi

Teklif edilecek forseps 24/26 Fr. nefroskopların merkezi kanalından kullanıma uygun olmalı ve aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. Çift çene hareketli yapıda olmalıdır.
2. Delikli çeneli, yaylı kabzalı yapıya sahip olmalıdır.
3. Taş çıkarılması ve pıhtılaşma için kullanıma uygun olmalıdır.
4. Çapı 11.5 Fr. ve uzunluğu 38 cm. olmalıdır.
5. Kırmızı-Siyah renk koduna sahip olmalıdır.
6. Teklif edilen aletler ameliyathanemizde bulunan Karl Storz marka Nefroskop ile uyumlu olmalıdır. Teklif verecek firmalar uyumluluklarını ve özelliklerini orijinal katalog üzerinden belgelendirmelidir.
7. Üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN 58298 ve ISO 7153-1 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmeli ve noter onaylı olmalıdır.
8. Teklif veren firmalar üretici firma tarafından kendilerine verilmiş olan güncel yetki belgesini tekliflerine eklemelidir.
9. Evsaf No: 27290F

Prof. Dr. Oktay Bicer

