



TIBBİ PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI  
2024 YILI TIBBİ MALZEME İSTEK LİSTESİ

SIRA NO	TEST ADI	MİKTAR	BİRİM
1	<i>Echinococcus</i> IgG ELISA Test Kiti	960	Test

  
Prof. Dr. MEHMET KURUTEPE  
Tıbbi Parazitoloji ve Mikrobiyoloji A.B.D.  
4252

  
Prof. Dr. ALI A. KILIÇOĞLU  
C.B.D. No Fak. Parazitoloji A.B.D.  
Dış No: 1041

### *Echinococcus* IgG ELISA Test Kiti Teknik Şartnamesi

1. Kit, CE belgeli olmalıdır.
2. Kit, Mikrolüisa (enzim immunoassay) tekniğiyle insan serumunda *Echinococcus* IgG antikorlarını saptamaya uygun olmalıdır.
3. Kit içinde 96 kuyucuk bulunmalı ve kuyucuklar tek tek kırılıp ayrılabilir.
4. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir.
5. Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, kalibratörler vs.) kitin içinde bulunmalı ve pozitif, negatif kontrolleri içermelidir.
6. İnkübasyon oda sıcaklığında olmalı ve testin toplam inkübasyon süresi 150 dakikayı geçmemelidir.
7. Miyadı dolana dek, kaç kez kullanılırsa kullanılsın, kalibratörlerin ve kontrollerin değerleri güvenlik sınır aralığında bulunmalıdır. Aksi halde kit yenisi ile değiştirilmelidir.
8. Spektrofotometrik olarak tek dalga boyunda (450 nm) okunabilmelidir.
9. ELISA plaklarının okunması için ELX 800 mikropalak okuyucu ile uyumlu program da kurulup eğitimi verilmelidir.
10. Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Semra KUTUPE  
T.C. Mikrobiyoloji ve Serolojisi A.D.  
15.12.2017

Prof. Dr. Ali A. KILIMCIOĞLU  
C.B.Ü. Tıp Fak. Parazitoloji A.D.  
15.12.2017