

## SMT3996 GÖBEK KLEMPİ

1. Kilidi açılmaz ve güvenli olmalıdır
2. Göbek kordonunu tutan dişleri olmalıdır
3. Kenarları deri tahrişini önleyecek şekilde yuvarlatılmış olmalıdır
4. Göbek kordonunun kolay kesilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır
5. Kimyasal olarak non-toxic ve non-alerjik olmalıdır.
6. Tekli paketlerde steril ambalajda olmalıdır.

  
**Prof. Dr. Yıldız UYAR**  
MCBÜ Tıp Fakültesi  
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD  
Dip.No: 6768 Tescil No: 64222