

## TUR Y SETİ ŞARTNAMESİ

1. 96 inch (244 cm) uzunluğunda silikon malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Silikon hortumun endoskopa bağlanan kısmında 10cm'lik lateks hortum bulunmalıdır.
3. Setin Y kısmında oturan iki hortumda birer adet pinch klemp bulunmalıdır.
4. Setin Y konektörü ve vinyl gözleme haznesi olmalıdır.
5. Gözleme haznesinden sonra bir roller klemp bulunmalıdır.
6. Dispozibl tek kullanımlık setler halinde bulunmalıdır.
7. Poşetin üzeri şeffaf olmalıdır.
8. Son kullanma tarihi en az 5 yıl olmalıdır.
9. Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.
10. ÜS'ye kayıtlı olmalıdır.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.