

## AMPLATZ GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ulaşılması güç vücut lezyonlarına kateter ilerletilmesini kolaylaştıracak yapıda, güçlü ve yüksek sertlikte “Amplatz” tipinde guide wire olmalıdır.
2. Guide wire ucu düz tip ya da 3mm J tip arasından seçilebilmeli, her iki durumda da uçta yer alan 3,5 cm kısım güvenlik açısından yumuşak yapıda bulunmalıdır.
3. Guide wire uzunluğu 150cm olmalıdır.
4. Guide wire üzeri bütünüyle, sürtünmeyi azaltacak PTFE malzemesi ile kaplı olmalıdır.
5. Guide wire, paketi içerisinde ayrı bir kılıfta yer almalı, ucundaki bir düzeltici sayesinde kateter yerleştirme ve sabitleme kolaylığı sağlamalıdır.
6. Steril poşette bulunmalı ve son kullanma tarihi üzerinde yer almalıdır.
7. Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

Doç.Dr.Serdar TARHAN  
Radyodiagnostik ABD