

CONTA SPREYİ ŞARTNAMESİ

1. Çevreye ve kullanıcıya zarar vermeyecek özellikte olmalıdır.
2. Silikon kalıp ayırıcı sprej olmamalıdır. Medikal ekipman contaları için üretilmiş olmalıdır.
3. Conta üzerine sıkıldığında uzun vadede contanın kırılmasını ve çatlamasını engellemelidir.
4. 0-200 derece arası sıcaklıklara uyumlu olmalıdır.
5. Renksiz ve şeffaf olmalıdır.
6. Her marka otoklav cihazlarına uygun olmalıdır.
7. Kullanılan yüzeyi sertleştirmemeli, koruyucu olmalıdır.
8. Sıkılan yüzey üzerinde antistatik kayganlaştırıcı özelliği uzun süre kalıcı olmalıdır.
9. En az 500ml sprej ambalajlı olmalıdır.
10. Yanıcı özelliği olmamalıdır.
11. Sızdırmaz, orijinal kapaklı ambalajda olmalı
12. Ambalajı orijinal olmalıdır. Sonradan yapıştirılan etiketli ürünler kabul edilmeyecektir.
13. Üzerinde markası, üretim ve son kullanım tarihi mutlaka olmalıdır.
14. Kullanıma uygun olmayan hatalı ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak deęiştirmelidir.
15. Deęerlendirme için ürün ile ilgili tüm bilgileri içeren dokümanlar ve 1 adet orijinal ürün bırakılmalıdır.
16. Teknik şartnameye uymayan ürünler deęerlendirmeye alınmayacaktır.

ASLI DUMAN
Sorumlu Müşteri
