

KAPAMA CİHAZI TEST İNDİKATÖRÜ ŞARTNAMESİ

1. Sterilizasyon buhar otoklavı için yüksek sıcaklık özellikli poşetlerinde kağıt ile film arasına yerleştirilen ve kapatıldıktan sonra mühürleme işleminin kalitesini gösteren bir indikatör olmalıdır.
2. İndikatör, mühürleme işleminden sonra eğer bir sıkıntı varsa net bir şekilde sonuç vermelidir.
3. İndikatör solvent ve ağır metal içermeyen kimyasala sahip olmalıdır.
4. İndikatör üzerinde kapama test alanı olmalıdır.
5. Kapama cihazların test etmek ve sonrasında da doküman edebilmek için üzerinde işlemi yapan kişi işlemin yapıldığı tarih ve işlemin geçerli yada geçersiz olduğunu yazabilmelidir.
6. İndikatör üzerinde referans numarası, üretim tarihi ve lot numarası belirtilmelidir.
7. Raf ömrü Merkezimize teslim tarihi itibarıyla en az 12 ay olmalıdır.
8. Numuneler görülecek ve komisyon tarafından denenerek değerlendirilip teslim edilecek.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire

