

6/0 VICRYL SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sütür göz mikrocerrahisi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Sütür steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
3. Sütür tek kullanım için (disposable) üretilmiş olmalıdır
4. Sütür 6/0 çapında olmalıdır
5. İğnesi spatül tarzında olmalıdır, iğne kesidi dört köşeli yapıda olmalıdır. Sekizgen ve altıgen yapıda olanlar reddedilecektir.
6. Sütür çift iğneli olmalıdır.
7. Sütür uzunluğunun enaz 45 cm olması tercih nedenidir.
8. İğnesinin 1/4c olması tercih nedenidir.
9. Sütür cerrahi kalitede 6/0 poliglaktin üretilmiş olmalıdır.
10. Sütür kendi kendine erir (braided absorbable) özellikte olmalıdır.
11. TİTUBB onaylı olmalıdır.
12. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir.
13. UBB ve ÜTS Kaydı Olmalıdır

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

| SIRA NO | MALZEMENİN ADI | MİKTAR | ÖLÇÜ BİRİMİ | SUT KODU | MAL ID | TAŞINIR KODU |
|---------|------------------|--------|-------------|-------------|--------|--------------|
| 1 | 6,0 VİCRYL SÜTÜR | 200 | ADET | Kapsam Dışı | 2570 | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.B.U. Tıp Fakültesi
Göz Hastahaneleri A.D.
Dip. Tes. No: 130161