

HASTA KOL BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kol bantları yumuşak anti alerjik PVC malzemedен yapılmış olmalıdır.
2. Kol bandında barkod yapıştırmak için kart ve bu kartın konulacağı bir cep bulunmalıdır.
3. Kol bandına yapıştırılacak barkod, PVC malzemenin içinde optik okumaya uygun olmalıdır.
4. Optik okuyucu tarafından okunamayan kol bantlarının yerine yenisinin verileceği taahhüt edilmelidir.
5. Kol bantları bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
6. Kol bandındaki çıt çıt kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
7. Kol bandı boyu 24 cm, kol bandının kart koyma bölümü 8x3,5 cm ve kol bandı kartının ölçüsü 7x3 cm olmalıdır.
8. Kol bantları idarenin belirleyeceği renklere göre yapabilmelidir.
9. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle her bir numaradan en az 5 adet numune bırakılmalıdır.
10. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
11. Numunelerden şahit numune olarak saklanacaktır.
12. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Bahar ERDEKİN
Sağlık Hizmetleri Müdürü