

## Koldan Ölçer Tansiyon Aleti Teknik Şartnamesi

Cihazın kullanımı kolay olmalıdır.

Cihaz tek tuş ile açılıp kapanmalıdır.

Cihaz düzensiz nabız atışlarını ve hipertansiyonu ölçmelidir.

Cihazın kolay okunabilen LCD ekranı olmalıdır.

Cihazda kan basıncına göre otomatik olarak ayarlanan akıllı şişirme teknolojisi Intellisense özelliği olmalıdır.

Ürün kutudan kullanıma hazır şekilde çıkmalıdır.

Cihazın taşıma çantası olmalıdır.

Cihazın hafızası olmalıdır.

Cihazın AC adaptör bağlantısı olmalıdır.

Cihazın son ölçüm ortalaması olmalıdır.

Cihazın manşet ölçüsü 22-32 cm olmalıdır.

Cihaz CE belgeli olmalıdır.

Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır.

Ferya Karadağ YALÇIN  
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü