

## KOMPRESÖRLÜ NEBÜLİZATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz taşınabilir, pratik ve her ortamda kullanılabilir olmalıdır.
2. Cihaz çocuk ve yetişkin hastalara uygun olmalıdır.
3. Cihaz rahatsızlık vermeyecek kadar gürültüsüz çalışmalıdır ve cihazın ses seviyesi 60 desibelden az olmalıdır.
4. Cihazın ilaç nebülizasyonu iyi olmalı, partikül çapı 4 mikron, ilaç total çıkışı 0,2 litre/dakika olmalıdır.
5. Cihazın çalışma basıncı 1.1 bardan az olmalıdır.
6. Cihazda 5 mikrondan düşük partiküller % 60'dan az oranda olmamalıdır.
7. Cihazın total çıkış flow 6-8 lpm olmalıdır.
8. Kargo ücreti gönderici firma tarafından karşılanmalıdır.

  
Feriye Karadağ  
Sağlık Hizmetleri Müdürü