

Ultrasonik Cerrahi Debridman Sistemi
Cerrahi Prob Teknik Şartnamesi

023280

- 1) Ultrasonik Cerrahi Debridman sistemi uygun elceği ile cansız dokuların seçici olarak irigasyonu emülsifikasyonu, rezeksiyonu ve parçalanması için uygun olmalıdır.
- 2) Sistem problemleri yaraların eksizyonel veya keskin kenarlı debridmanında kullanılması için uygun olmalıdır.
- 3) Sistem kullanılan problemler uygun cerrahi prosedüre uygulama sağlamak amacıyla kısa ve uzun delikli kafa tasarımlarından oluşmalıdır.
- 4) Problemler düz yüzey ve kaviteli ve konturlu bölgelerde sağlıklı dokuya zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 5) Sistemde 25khz ± 2khz ve 36khz ± 2khz frekanslarında çalışabilen problemler olmalıdır.
- 6) Problemler tek kullanımlık ve Ti-6Al-4V alaşım'dan imal edilmiş olmalıdır.
- 7) Problemlerin kullanım yerine ve tasarımına göre iç çapları 0,5 mm-2 mm, boyları 80 ila 160 mm arasında olmalıdır.
- 8) Problemler kafası delik ve kaşık şeklinde olup farklı varyantlarda yara yüzeyine zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmelidir.
- 9) Tek kullanımlık problemler çift blister ambalaj ile EO steril olarak sunulmalıdır.
- 10) Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi, lot ve referans numarası ile son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 11) Tek kullanımlık problemler 2 (iki) yıllık raf ömrüne sahip olmalıdır.
- 12) Ürün ISO 13485, EC(AT) Sertifikası ve Titck ürün kayıtlarına haiz olmalıdır.

UBB:8682689834620

C.B.U. Hastanesi
Prof. Dr. Cüneyt TEMİZ
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.
Dip. No. 9103
Dip. Tesc. No. 47907-62329