

BASI YAPMAYAN KAFSIZ MASKE SETİ (JET AKIMLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske ağız ve burun ile birlikte gözleri ve alını da içine alacak biçimde, yüze anatomik uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
2. Maske, noninvaziv ventilasyon (CPAP, BPAP) uygulamaları için ideal bir kullanım sağlamalıdır.
3. Maske hastanın yüze takıldığında minimum ölü boşluk oluşturacak şekilde anatomik yapıda olmalıdır.
4. Nazal ve oranazal maskeyi kullanamayan hastalarda rahatça kullanılmalıdır.
5. Yüz çevresinde yaprak şeklinde silikon yastığı ile beraber ideal basınç sağlayarak, yara oluşumunu engellemelidir.
6. Klostrifobisi olan hastalar için tam şeffaf yapıya sahip olmalı ve geniş görüş açısına sahip olmalıdır.
7. Ağız ve burun çevresinde oluşan yaraları engellemek ve ağız-burun maskeleri kullanımında oluşabilecek kaçakları engellemek için ideal bir yapıya sahip olmalıdır.
8. Kolay takılıp, çıkarılan kafa bandına sahip olmalıdır.
9. Yoğun bakım ventilatöründe CPAP uygulamaları için uygun olmalıdır.
10. Maskenin yüze temasını sağlayan yaprak şeklindeki silikon ile her türlü yüz tipine uygun olmalı , bunun için farklı boy gereksinimi olmamalıdır.
11. Uluslararası standartlarda üretilmiş olmalı ve CE belgesine sahip olmalıdır ; CE belgesinde ürün adı oranazal maskelerden farklı olarak, ayrıca belirtilmelidir.

Prof. Dr. Demet TOK
Dip. Tes. No: 30985/2843
C.B. Ü. T.F.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.