

BESLENME KATATERİ (KATATER NO : 5)

1. Mukozayı tahriş etmeyen non-toksik PVC'den üretilmiş olmalıdır.
2. Mukozaya zarar vermemesi için kapalı distal ucu yuvarlatılmış olmalıdır.
3. Proksimal ucu, enjektör girişine uyumlu ve kapaklı olmalıdır.
4. Beslenme sondası boyunca radyolojik kontrolün yapılabilmesine olanak sağlayan radyoopak çizgisi olmalıdır.
5. Beslenme sondası boyunca 1 cm'lik aralıklarla cm cinsinden seviye numaraları olmalıdır.
6. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
7. Oda ısısında takılmaya uygun sertliğini muhafaza edebilmelidir.
8. UBB ve UTS kaydı olmalıdır.
8. Sut kodu: OR1580

Doç Dr. Servet TANRIKELİ

