

## SOLUNUM EGZERSİZ CİHAZI (TRİFLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 600, 900, 1200 cc per/see solunum egzersizi yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Solunum egzersiz cihazı 3 kanallı olmalı, her kanal da bir top bulunmalıdır.
3. Cihaz gövdesi şeffaf, toplar renkli olmalı ve çalışma esnasında rahat görülebilmelidir.
4. Cihaz insan ergonomisine uygun, keskin ve köşeli yüzey içermeyen plastikten yapılmış ağızlığa sahip olmalıdır.
5. Cihaz gövdesiyle ağızlık arasında bağlantıyı sağlayacak esneyebilen spiral yapıda emiş borusu bulunmalıdır.
6. Cihaz üzerinde ait olduğu hastanın adının yazılabileceği hasta bilgi etiketi olmalıdır.
7. Cihaz ürünü koruyucu iç ve dış ambalaj olmak üzere iki kademeli ambalajı olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi, lot numarası, referans numarası ve firma bilgileri bulunmalıdır.
9. Ürünün raf ömrü en az üç yıl olmalıdır.
10. Cihaza uyumlu olmalı, kolaylıkla çıkmamalıdır.
11. Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.
12. Teklif veren firma denenmek üzere orijinal (2) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
13. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
14. Numunelerden 1 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
15. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

**Bahar ERDELIKANLI**  
Sağlık Hizmetleri Müdürü