

## TEKNİK ŞARTNAME

### Dehydroisoandrosterone


1. 10 gram olmalıdır.
2. Moleküler ağırlığı 288,43 gr/mol olmalıdır.
3. Kimyasal formülü  $C_{19}H_{28}O_2$  olmalıdır.
4. Erime noktası 140°C olmalıdır.
5. Kaynama noktası 426,7°C olmalıdır.
6. Orijinal ambalajında olmalıdır.
7. 10°C - 25°C saklanabilmelidir.

### Spermidine

- 1- 5 gram olmalıdır.
- 2- Moleküler ağırlığı 145,25 gr/mol olmalıdır.
- 3- Erime noktası 23°C olmalıdır
- 4- Yoğunluğu 0,925 gr/cm<sup>3</sup> olmalıdır.
- 5- Orijinal ambalajında olmalıdır.
- 6- 2°C - 8°C saklanabilmelidir.

### Rat Follicle-stimulating Hormone, FSH ELISA Kit

- 1.96 test içermelidir.
2. Hücre kültürüne uygun olmalıdır.
3. 0.022mIU/ml hassasiyette olmalıdır.
4. Algılama Aralığı 0.05 - 20mIU/ml değildir.
5. 2-8°C de saklanabilir olmalıdır.
6. Test süresi 2 saat 30 dakika olmalıdır.



7. Orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Kitlerin içerisinde iki seviye kontrol olmalıdır.

#### **Rat Luteinizing Hormone, LH ELISA Kit**

- 1.96 test içermelidir.
2. Hücre kültürüne uygun olmalıdır.
3. 0.31mIU/ml hassasiyette olmalıdır.
4. Algılama Aralığı 0.5 - 100mIU/ml olmalıdır.
5. 2-8°C de saklanabilir olmalıdır.
6. Test süresi 2 saat 30 dakika olmalıdır.
7. Orijinal ambalajında olmalıdır
8. Kitlerin içerisinde iki seviye kontrol olmalıdır.

#### **Rat Testosterone ELISA Kit**

- 1.96 test içermelidir.
2. Hücre kültürüne uygun olmalıdır.
3. 0.043ng/ml hassasiyette olmalıdır.
4. Algılama Aralığı 0.1 - 40ng/ml olmalıdır.
5. 2-8°C de saklanabilir olmalıdır.
6. Test süresi 2 saat 30 dakika olmalıdır.
7. Orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Kitlerin içerisinde iki seviye kontrol olmalıdır.

*JA* *kg*

### **Beclin 1 Antibody**

1. 200 ul ve orijinal ambalajında olmalıdır.
2. WB 1:500-1:2000, IHC 1:50, IF/ICC 1:100-1:500 olmalıdır.
3. İnsan ve fare örneği ile uygun çalışabilmelidir.
4. Poliklonal olmalıdır.
5. Saklama koşulları belirtilmelidir.
6. Alındığı tarihten itibaren 12 ay boyunca saklanabilmelidir.

*JA* *kg*