

İNFÜZYON POMPA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(ŞEFFAF VE IŞIKTAN KORUMALI İÇİN)

1. Set şeffaf ve ışıktan korumalı (Opak) olmak üzere iki türüdür
2. Setin seruma giren kısmı rahat girecek şekilde dizayn edilmiş keskin, sivri, sağlam delici uçlu olmalıdır.
3. Setin üzerinde damla sensörlerine uygun, ideal damla haznesi bulunmalıdır.
4. Sette 15 µm'luk filtre bulunmalıdır.
5. DEPH ve Lateks içermemelidir.
6. Line üzerinde kontrolsüz akışı (serbest akış) engelleyen, kullanıcı yaralanmalarını engelleyen roll klemp olmalıdır.
7. Set tamamen yumuşak medikal PVC'den olmalıdır.
8. Setin ucunda luer lock bağlantısı olmalıdır.
9. Sette kapaklı, bakteri girişini önleyen hava girişi olmalıdır.
10. Setin uzunluğu en az 240 cm olmalı,
11. Set üzerinde Y enjeksiyon port girişi olmalıdır.
12. Set steril tek parça olmalı büküldüğünde eski halini almalıdır.
13. Ambalaj üzerinde sterilizasyon, son kullanma tarihi, lot no ve onaylı UBB kodu bulunmalıdır.
14. Gamma veya Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
15. Ürünün raf ömrü minimum 2 yıl olmalıdır.
16. Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler Türkçe yazılı olmalıdır.
17. Setler UTS'de kayıtlı olmalı ve OR 1770 Sut kodu olmalıdır.
18. Teklif veren firma denenmek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
19. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır

Bahar EKSEKİ/KANLI
Sağlık Müd. Müdürü