

ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Torba ve set enteral kullanıma uygun olmalıdır.
2. Torba ve pompa seti birleştirilmiş ve kullanıma hazır, steril şartlarda ambalajlanmış olmalıdır.
3. Enteral ve Yıkama setleri pompaya takılan yerde birleşmelidir.
4. Beslenme seti ve yıkama seti latex ve DEHP (dietileksil fitalat) içermemelidir.
5. 1000 ml kapasiteli beslenme torbası ve 1000 ml yıkama torbası bulunmalıdır.
6. Beslenme seti firmanın sağlayacağı enteral beslenme pompasına uyumlu olmalıdır.
7. Beslenme ve yıkama setinin üzerinde 100 ml aralıklı derecelendirme çizgileri bulunmalı kolayca izlenebilir olmalıdır.
8. Düzenli besin akımı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalı, herhangi bir işlem gerektirmemelidir.
9. Set, torbaya bağlı olmalıdır. Setin üzerinde damlama haznesi bulunmamalıdır.
10. Set üzerinde akış hızını takip edecek haznesi olmalıdır.
11. Beslenme seti serbest akışı önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
12. Setin sonunda kullanılan tüm nazogastrik sondalara uyumlu bir bağlantı yeri olmalıdır.
13. Torbanın doldurmayı kolaylaştıran ağız ve kapağı torbanın en üstüne lokalize edilmiş olmalıdır. (Top-Fill özelliği)
14. Setler ile kullanılan pompalar kalibre edilebilir ve kalibrasyonun rapor halinde sunulabilmesi gerekir.
15. Beslenme torbası verecek olan firma ihtiyacı olan tüm kliniklerde kullanılacak 60 adet cihazı hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
16. Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
17. Teklif veren firma denenmek üzere 3 (üç) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
18. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
19. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
20. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Bahar ERDELIKANLI
Sağlık Hizmetleri Müdürü