

MEZOTERAPİ İĞNESİ ŞARTNAMESİ

- 1) Mezoterapi iğnesi 30g 0,3 x 13mm enjektör tipi olmalı
- 2) Açılmamış Durum Sıfır Boyut 2 cc altı olmalı.
- 3) BD Microlance 3 Mezoterapi iğnesi 30G 0,3mmx13mm olmalı.
- 4) Steril ambalajında 100 adet iğne olmalı.
- 5) Ölçüleri: 30G(iğne kalınlığı)X13MM(iğne uzunluğu) olmalı.
- 6) Mezoterapi ve karboksiterapide kullanıma uygun olmalı.
- 7) Ürün tek tek steril ambalajında olmalı.
- 8) Mikro enjeksiyon için keskin ve ince bir ucu olmalı.
- 9) İnce iğne ucuna rağmen yüksek akışkanlık sağlamalı, iğne kalınlığı 30g olmalı.
- 10) CE belgeli olmalı.
- 11) Değerlendirme için Numune getirilmeli.


Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü