


Koaksiyel İğne Teknik Şartnamesi

- 1- Koaksiyel iğne sistemi metal bir kanül ve trokar içermelidir.
- 2- Üzerinde derinlik belirteçleri bulunmalıdır.
- 3- Kalınlık seçenekleri 15g, olmalıdır.
- 4- 10 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 5- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 6- Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve karkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.
- 7- Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.



Prof.Dr. İhsan Şebnem ÖRGÜÇ

Radyoloji A.D. Öğretim Üyesi

C.B.Ü.T.F. Hast. Radyoloji A.D.
Prof. Dr. Şebnem ÖRGÜÇ
Dip. No: 5593
Tesc. No: 41087-59932