

DÜŞÜK PLAZMA HİDROJEN PEROKSİT KARTUŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hidrojen peroksit kartuş Sterilmed marka cihaza tam uyumlu olmalıdır
2. Bir kartuş 20 döngüyü sağlayabilmelidir.
3. Kullanılacak hidrojen peroksit oranı %50-59 oranında olmalı ve yüklenici firma bunu rafta saklayabilecek şekilde sağlayabilmelidir.
4. Kartuş üzerinde radyo frekans tanımlamalı (RFID) etiket bulunmalı ve cihazla uyumlu şekilde çalışabilmelidir.
5. Kartuşun üzerinde cihaza montajını sağlayacak ve cihazla eşleşecek bağlantı aparatı bulunmalı, bu aparat cihaza takıldığında içerisindeki sıvının (hidrojen peroksit) akışını serbest kılmalı, cihazdan çıkarıldığında kartuş içindeki sıvı akışını engellemelidir.
6. Kartuş kapağı sızdırmazlığa karşı contalı olmalı, sökülüp/takılabilmelidir.
7. Kartuş üzerinde hidrojen peroksitin bozulma ve son kullanma tarihlerini markalamak maksadıyla ay/yıl göstergeli etiket bulunmalıdır.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire
