

## BEZ FLASTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bezi ten rengi olmalı, cildin hava almasına uygun olmalıdır.
2. Çıkarıldığında yapışkanı ciltte kalıntı bırakmamalıdır.
3. Yapışkanı düzgün ve homojen sürülmüş olmalı, katlar birbirine yapışmamalıdır.
4. Kenarları düzgün olmalı, ipliklenme olmamalıdır.
5. Elle enine ve boyuna düzgün yırtılabilir özelliği olmalı, yırtılma sonrasında ipliklenme olmamalıdır.
6. Flasterin yapışkanı nemle ciltten ayrılmamalıdır.
7. 10'luk paketler halinde teslim edilmelidir.
8. Hypoalerjik olmalıdır.
9. Flaster kolay yapışmalı ve cildi tahriş etmemelidir. Suya, terlemeye dirençli olmalı ve yapışkanlığını uzun süre muhafaza etmelidir.
10. Flasterler 5cmx5m çapında olmalıdır.
11. Kalem ile üzerine yazı yazılabilmelidir.
12. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 3 ( $\pm 1$ ) yıl olmalıdır.
13. Teklif veren firma denenmek üzere 2 (iki) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
14. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
15. Numunelerden 1 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
16. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Bahat ERDEKİKANLI  
Sağlık H.E. Müdürü