

## STİMULUS ELEKTROD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünler 2'li ambalajlarda olmalıdır.
- ECT Cihazı'nın stimulus işleminde kullanım için özel dizayn edilmiş olmalıdır.
- Çok özel ince akım kabloları ve girişi olmalıdır.
- Mevcut ECT Cihazı ile direkt kullanılabilirmeli, Tedavi kablosuna direkt takılmalıdır.
- Empedans düşürücü jel ile birlikte kullanılabilirmelidir.
- Yüzey " Adesive Hydrogel" olmalıdır.
- CE ve ISO belgeleri olmalıdır.
- Tek kullanımlık olmalıdır.

Prof. Dr. Artuk ER DEVECİ  
M.C.B.U. Tıp Fakültesi  
Psikiyatri A.D.  
Dip.No:6285 Teş.No:53391-61335