

HASTA OPERASYON ÖNLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(KISA VE UZUN KOLLU)

1. Önlükler non-woven kumaştan tek kullanımlık üretilmiş olmalıdır.
2. Kullanılan malzemenin ağırlığı 50gr/m^2 ($\pm 5\text{gr/m}^2$) olmalıdır.
3. Önlükler bakteri bariyerli, antimikrobiyal, antialerjik, anti statik özellikli olan iç göstermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Önlük kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı, ancak alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını emmeden ortamdaki uzaklaştırarak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte (fluid repellent) olmalıdır.
5. Önlük sıfır yakalı arkadan ayarlanabilir cırtla kapatılabilir ve bel hizasından iki kuşakla bağlanabilmelidir.
6. Önlüğün boyun bölgesi biye ile çevrilmiş olmalıdır.
7. Kolları hareket etmeyi sağlayacak genişlik ve standart uzunlukta olmalıdır.
8. Uzun kollu önlüklerde kol ucu manşetli ya da lastikli olmalıdır.
9. Boyu en az 120 cm, kol boyu en az 60cm olmalıdır.
10. Dikişleri sağlam yapıda olmalıdır.
11. Önlükler non-steril tekli jelatin poşet içinde tek tek paketlenmiş olmalıdır.
12. Paket üzerinde üretici firma bilgileri yazılı olmalıdır.
13. Paketler üzerinde beden etiketi olmalıdır.
14. İstenilen boyda ve bedende üretilmektedir.
15. Teklif veren firma denemek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
16. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
17. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
18. Ürünün USB ve UTS kaydı olmalıdır.

Feryal Kırpaç YALÇIN
Sağlık Bakanlığı Müfettişi