

Kılavuz Tel Koroner Diagnostik 0.032 İnç Uzun 260 cm (KR2004)

Teflon kaplı flex uç 6cm, j curve 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapıli ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır

Prof. Dr. Ozgur BAYTIRAN
CBÜ KARDİYOLOJİ AD
55635 94250

Kılavuz Tel Koroner Diagnostik 0.032 inç Uzun 150 cm (KR2004)

Teflon kaplı flex uç 6cm, j curve 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapıli ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır

Prof. Dr. Ozgur ERGURAN
CBÜ KARDIYOLOJİ AD
55635 / 94296