

PLAZMA KİMYASAL İNDİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hidrojen peroksit plazma sistemi için özel üretilmiş olmalıdır.
2. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi "referans renk"ten farklı tonlarda olacaktır.
3. İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı, objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
4. Hidrojen peroksit kimyasal indikatörü 10 mm kalınlığında polistrenden mamul ve beyaz opak bir strip olmalıdır.
5. Üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası, hangi standarda göre üretildiği ve hangi sterilizasyon yöntemine ait olduğu yalnız kutu üzerinde değil indikatörlerin üzerinde de bulunmalıdır.
6. İşlem görmüş indikatörün renk değişimi homojen olmalıdır.
7. Sterilizasyon sonrası renk değişimi kayıt için en az 1 yıl sabit kalmalıdır.
8. Kutu içerisindeki indikatör oda sıcaklık ve neminden etkilenmemesi için ağzı kilitli ambalaj içinde bulunmalıdır.
9. Yorum yapabilmek için ürün üzerinde referans renkleri bulunmalıdır. Ayrıca renk değişimi tablosu verilmelidir.
10. Bir kutu içerisinde 250 adet olmalıdır.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire