



T.C.  
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği



Sayı : E-65822896-809.01-853511  
Konu : DIYAGONİSTİK KALP KATATERİ 5-  
6FR. İSTEMİ

13.09.2024

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 13.09.2024 tarihli ve 90026046-930-852972 sayılı yazı.

Anjiyo Laboratuvarında kullanılmak üzere ekte sunulan malzemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. İsmet TOPÇU  
Başhekim

Ek:

- 1- DIYAGONİSTİK KALP KATATERİ İSTEM FORMU (1 Sayfa)
- 2- Sarname 13.09.2024 (1 Sayfa)

**Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.**

Doğrulama Kodu :BSDEZS0232 Pin Kodu :55132

Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=4049&eD=BSDEZS0232&eS=853511>

Adres:Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Sağlık Kampüsü  
Telefon:(0 236) 4444228 Faks:(0 236) 2338040  
e-Posta:bashekimlik@cbu.edu.tr Elektronik Ağ:http://hastane.cbu.edu.tr  
Kep Adresi:celalbayaruniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Zahide Öztürk  
Unvanı: Ayniyat Saymanı



Telefon No: 1717



Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No / Sayfa Sayısı
KUR.FR.16	08.09.2016	0	-	Sayfa :1 / 1

### SATINALMA TALEP FORMU

İstek Yapan Birim :	1006 - ANJ. VE GİRİŞİMSEL ANJ.	Tarih :	13/09/2024	No :	754
Hastanın Adı Soyadı :	-	Tc :	-	Protokol :	-

#### TAPINIRIN

Sıra No	Malzeme Kodu - Açıklama	Malz. Açıklama	Tabiiyet Adı	Ölçü Birimi	Talep Miktarı	Depo Mevcudu	Hastane Stok	Ort Aylık Tüketim	Onay Verilen Miktar	Bir Önceki Alım Fiyatı	En Son Alım Trh	En Son Alım Miktar	Geçen Yıl Tüketim mik.	Geçen Yıl Ort Tük	Sut Kodu	Sut Fiyatı
1	41906 - 270005189-270002132-270005192-270005732-270007566		DIYAGONISTIK KALP KATATERI 5-6FR.	Adet	50	1155	0	402,5		506	01/07/2024	306	4072	33,54	GR1001	207,58

(\* Ambarın Son Çalışma Yılı'nın Yılıbaından başlayıp yapılmış olan tüm tüketim çıktıları'nın toplamıdır.)

Birimimizin ihtiyacı için yukarıda belirtilen tabiiyetlerin temin edilmesi rica olunur.				Talep Edilen Tabiiyetlere ait depo mevcudu yukarıda çıkarılmıştır.											
Talebin Aciliyet Durumu	ACİL	15-30 GÜN	30-60 GÜN	>=60 GÜN											
İstek yapan birim Yöneticisi				Adı Soyadı				Tabiiyet Kayıt Yetkilisi							
Adı Soyadı				Ünvanı: T.K.K.Y.											
Ünvanı				İmzası:											
Talep Değerlendirmesi yapılmış olup dışarıdan alınacak miktar yukarıda belirtilmiştir.				İstok Havuzu sorgulanmıştır											
Talep Değerlendirme Komisyonu				Evet				Hayır							
Adı Soyadı															
Ünvanı															
İmzası															
Sıra No	Bütçe Kalemi	Ödenek Tutarı	Bloke Edilen Tutarı	Kalan Büt.Ödeneği	%10 Kalan Bütçe	İhalenin Son durumu	Sözleşme Bedeli	Bütçe Birimi							

OLUR  
HASTANE BAŞHEKİMİ

## Koroner Kalp Kateteri Diagnostik 5F ve 6F (JR-JL-PİGTAİL) (KR1059)

- 1- Birebir tork özelliği göstermelidir.
- 2- Biyokompetibl malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 3- Sol koroner kateterler Judkins, Amplatz ve Amplatz MOD şekillerinde olmalıdır. Sol koroner kateterler Judkins şekli için 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 ve 6.0 cm'lik sekonder curve ölçülerinde olmalıdır. Amplatz şekli için 1,2 ve 3 ölçülerinde olmalıdır.
- 4- Sağ koroner kateterler Judkins, Judkins MOD, Amplatz, Amplatz MOD, 3DRC, SRC, Williams ve NTR şekillerinde olmalıdır. Sağ koroner kateterler Judkins şekli için 3.5, 4, 5.0 ve 6.0 sekonder curve ölçülerinde olmalıdır. Amplatz için 1, 2 ve 3 şeklinde sağ kateterler belirtilen sayılarda temin edilecektir.
- 5-Trombojeniteyi azaltmak ve kayganlığı arttırmak için üstü uygun bir maddeyle kaplanmış olmalıdır.
- 6- Proximal uç bir hub ihtiva etmeli burada kateter ile ilgili bilgi bulunmalıdır.
- 7-En az 100cm uzunlukta, high flow olmalı, 1200 psi basınca dayanabilmelidir.
- 8- Kateterin iç çapı en distal hub kısmından en proksimal ucuna kadar aynı olmalı ve bu şekilde kontrast jetine engel olarak daha yumuşak bir kontrast akımı sağlayarak kateterin stabilitesini sağlamaya yardımcı olmalıdır.
- 9- Kateterin gövdesinin tamamı en uç primer curve kısmındaki 2mm'lik yumuşak bitime kadar tel örgülü yapıda olmalıdır. Çift tel örgü varlığı tercih sebebidir.
- 10- En uç 2mm'lik yumuşak kısım dışında kateterin tamamı pebax, nylon, nylon-vestan ya da poliüretan materyalden üretilmiş olmalıdır.
- 11- Kateter 5F ve 6F ölçülerinde olmalıdır. Alınacak 5F ve 6F kateter sayısı kliniğin gereksinimleri doğrultusunda ihaleyi kazanan firmaya bildirilecek ve gerektiğinde değişim işlemi yapılacaktır. 5F kateter için iç lümen çapı en 0.045 inç, 6F kateter için lümen çapı en az 0.056 inç olmalıdır.
- 12- Kateterin koroner arter ağzına oturan en uç primer curve kısmı damar hasarını engelleyecek yapıda olan çok yumuşak materyalden yapılmış ve radyo-opak yapıda olmalıdır.
- 13- Koroner kateter uzunluğu 100cm olmalıdır.
- 14-Pigtail kateterler 110 ve 120 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 15-145 ya da 155 derecelik iki açı seçeneği olmalıdır.
- 16-Malzemeler üts ye kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN SOYLU  
CEU Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D.  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tez. No: 9385 No: 9385  
Dip No: 9385 No: 9385