


## HASSAS TERAZİ ŞARTNAMESİ

1. Cihazın kapasitesi 210 gr olmalıdır.
2. Cihazın hassasiyeti 0.1 mg olmalıdır.
3. Cihazın tekrarlama bilirliliği 0.1 mg olmalıdır.
4. Cihazın lineerliği  $\pm 0.2$ mg olmalıdır
5. Cihazın stabilizasyon süresi 3 sn 'den fazla olmamalıdır.
6. Cihazın tartım kefi  $\varnothing$  80 mm'den az olmamalı ve platformu 18/10 paslanmaz çelik şeklinde olmalıdır.
7. Cihazın dahili kalibrasyon kütlesi olmalıdır. ayrıca tek tuşla otomatik kalibrasyon özelliği taşınmalıdır.
8. Cihaz 10 °C ile 30 °C sıcaklık aralığında çalışmaya uygun olmalıdır.
9. Cihaz gücünü AC adaptör ile sağlamalıdır.
10. Cihaz tartım, parça sayımı, yüzde tartım uygulamalarına sahip olmalıdır.
11. Cihaz mg, gr, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, meshgal, Newton, ozt, teals ve özel ölçüm birimlerinde sonuç gösterebilmelidir.
12. Cihaz, integre alt kancası yardımıyla yoğunluk ölçümü ya da örneklerin spesifik gravitesini hesaplayabilmelidir.
13. Cihaz kontrol takımı ve alt fonksiyonları ile menüyü basitleştirmeli ve kurulumu kolaylaştırmalıdır.
14. Cihaz GLP/GMP uyumlu dokümantasyon verebilmelidir.
15. Cihaz ISO 9001:2008 kalite sistemine uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
16. Cihazın sağdan, soldan ve üstten olmak üzere 3 yönden açılabilir analitik cam koruma kabini olmalıdır. Camlar temizlik için kolayca sökülebilir olmalıdır.
17. Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için ön kısmında su terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.
18. Cihazın toplam ağırlığı 7 kg olmalıdır.
19. Teklif veren firma distribütör firmanın yetkili temsilcilik belgesini ve kendisine verilmiş olan yetki belgesini teklif ekinde sunmalıdır.
20. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.
- 21.
22. Teklif veren firmalar katalog vermeli katalog üzerinde şartname maddeleri tek tek işaretlenmiş olmalıdır.
23. Teknik şartnameye uygunluk sağlamayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

  
Prof. Dr. Semra KURUTEPE  
Tıbbi Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji A.D  
4.000

  
Prof. Dr. Hürri GAZI  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Tescil No: 127809