

TEK KULLANIMLIK MUAYENE ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Doğal Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Non-allerjik olmalı ve pudralı olmalıdır.
3. Bilek kısımları kıvrılmış olmalıdır.
4. Her iki ele de uyumlu olmalıdır. Ele daha kolay giyilebilmesi için eldivenin içi pudra ile sıvanmış olmalıdır.
5. Giyildiğinde el ve parmak hareketini kısıtlamamalıdır.
6. Kolay giyilir çıkartılır olmalıdır.
7. Eldivenler deliksiz, yırtılmaya, kopmaya ve delinmeye karşı dirençli olmalıdır.
8. Eldiven ölçüleri small, medium, large olmak üzere farklı boyutlarda olmalıdır.
9. Kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde 100 adet eldiven içeren ambalajlarda olmalıdır. Bu ambalaj dayanıklı kartondan yapılmış olmalı, kolayca görülüp açılabilen ve kullanılabilen açılış bölgesine sahip olmalıdır. Sağ sol eşit sayıda eldiven bulunmalıdır
10. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, üretici firma adı, eldivenlerin özelliklerini belirten ibareler (nonsteril, pudrasız, latekssiz gibi) lot numarası, ambalajın içindeki eldiven boyutunu gösteren işaret ya da yazı yer almalıdır.
11. Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 5 yıldır.
12. Teklif veren firma denemek üzere 1 kutu eldiveni hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
13. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
14. Numunelerden 3 çifti şahit numune olarak saklanacaktır.
15. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.


Bahar ERDELİKANLI
Sağlık Hiz. Müdürü

VİNİL PUDRASIZ NONSTERİL ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Non – Steril olmalıdır.
3. Terleme yapmamalıdır.
4. Eldiven anti alerjik pudrasız olmalı, cildi tahriş etmemelidir.
5. Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.
6. Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır.
7. Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.
8. Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.
9. Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir.
10. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.
11. Eldivenin ambalajı sağlam olmalı. Üzerinde lot no, parti no, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, kolay açılabilir ambalaj kapağı olmalıdır.
12. Paket içeriğinde 100 adet (50 Çift) eldiven olmalıdır.
13. Eldiven uluslararası standartlara uygun ölçü ve biçimde olmalıdır.
14. Teklif veren firma denemek üzere 1 kutu eldiveni hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
15. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
16. Numunelerden 3 çifti şahit numune olarak saklanacaktır.
17. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Bahar ERDEKİKANLI
Sağlık Hiz. Müdürü