


MİKRO GUIDE WIRE

1. Kılavuz tel serebral girişimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
(Mikro guide wire)
2. Kılavuz telin flexible shaftı sayesinde tortuous anatomi de kullanıma olanak sağlamalıdır.
3. Kılavuz telin dış çapı 0.014 inch şeklinde olmalıdır.
4. Kılavuz telin merkezindeki coilin materyali Gold plated tungsten olmalıdır.
5. Kılavuz telin distal taper uzunluğu 36cm olmalıdır.
6. Kılavuz telin shaft materyali paslanmaz çelikten olmalıdır.
7. Kılavuz telin kullanılabilir uzunluk seçenekleri 145-165-180cm olmalıdır.
8. Kılavuz telin hidrofilik özellikte olmalıdır.
9. Kılavuz telin distal ucu şekli düz veya açılı olmalıdır. Düz olana istenildiği zaman şekil verilebilmelidir.
10. CE onaylarına sahip olmalıdır.
11. Kılavuz tel tekli steril ambalajında ve en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
12. Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
13. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
14. Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur


Dr. Öğr. Üyesi FAH DÜZGÜN
C. B. Ü. Radyoloji A. D.
Dip. No: 10884
Uzm. Tescil No: 119584