

AMELİYATHANE TABURESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ameliyathane de kullanıma uygun, 304 Krom çelikten (paslanmaz) yapılmış olmalıdır.
- 2- Yükseklik ayarlı (pistonlu) olmalıdır.
- 3- Taburenin 5 adet tekerlekli ayağı olmalıdır.
- 4- Tekerleklerin 2 tanesi kilitlenebilir olmalıdır.
- 5- Taburenin oturak kısmı antibakteriyel ve silinebilir kaplamalı olmalıdır.
- 6- Yükseklik minimum 60cm, maksimum 75cm olmalıdır.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire

